

**Esclarecimento** 24/05/2022 12:31:53

Boa tarde!! Para termos certeza do que vamos cotar precisamos saber a distância entre o local onde o compressor vai ficar e a cadeira odontológica. Você consegue me passar essa informação? --- Dayana Costa Assistente Administrativo MAGAZINE SAÚDE

**Resposta** 24/05/2022 12:31:53

À MAGAZINE SAÚDE Prezados Senhores, Segue resposta da Unidade Demandante (SEPLASA) ao novo pedido de esclarecimento enviado por sua empresa: Questionamentos da empresa: 'Para termos certeza do que vamos cotar precisamos saber a distância entre o local onde o compressor vai ficar e a cadeira odontológica.' Respostas da Unidade Demandante: "Em resposta ao questionamento da empresa MAGAZINE SAÚDE, informo que a tubulação dos nossos consultórios é feita com cano de cobre (bitola 5/16) e que necessitamos de 2 metros de mangueira de alta resistência para realizar a instalação do compressor. Coloco-me à disposição para eventuais dúvidas." Por oportuno, informo que a sessão de abertura do referido Pregão permanece mantida para o dia 25/05/2022, às 9h.